

IF.274.24.2021

Nowa Sól, 16.11.2021 r.

**Dotyczy:** zapytania ofertowego pn. „Zakup i dostawa aparatu przenośnego USG wraz z głowicami i videoprinterem na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

Zamawiający Powiat Nowosolski w odpowiedzi na zadane pytania udziela wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat ultrasonograficzny renomowanego japońskiego producenta o wadze 64 kg?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat ultrasonograficzny o czasie włączania około 90s?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat ultrasonograficzny o regulowanej wysokości, wyposażony w hamulec na każdym z kół?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zawarł taki wymóg w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat ultrasonograficzny z cyfrową regulacją wzmocnienia poprzecznego LGC w 4 strefach?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat ultrasonograficzny renomowanego japońskiego producenta bez aplikacji z obliczaniem parametrów za pomocą linii A i B?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat ultrasonograficzny renomowanego japońskiego producenta z głowicą convex o częstotliwości 1-5 MHz?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat ultrasonograficzny z głowicą liniową wysokoczęstotliwościową o szerokości czoła głowicy 38 mm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat ultrasonograficzny renomowanego japońskiego producenta z głowicą kardiologiczną o zakresie częstotliwości 1-5 MHz?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat ultrasonograficzny renomowanego japońskiego producenta z Videoprinter Mitsubishi P95?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Charakter, zakres oraz termin przekazania wyjaśnień nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie staje się integralną częścią zapytania ofertowego i będzie wiążące przy składaniu ofert.

z up. STAROSTY

.....  
*Waldemar Wrześniak*  
.....  
(Podpis Kierownika Zamawiającego)